

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/11/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Désinfectant- Unisepta Foam 2 - USF Healthcare

En lien avec le dossier Anios (rappels Surfa'safe premium et ses déclinaisons ainsi qu'Opaster Anios et aniosyme DD1, communiqué et MARS du 7 et 8/11/2019)

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919834.



PUBLIÉ LE 07/11/2019 - MIS À JOUR LE 15/01/2021

Les désinfectants Surfa'safe premium et Opaster Anios des Laboratoires Anios ne doivent plus être utilisés - Communiqué

PUBLIÉ LE 22/06/2020 - MIS À JOUR LE 08/01/2024

Décision du 26/05/2020 abrogeant la décision du 20 novembre 2019 modifiée fixant des conditions particulières de fabrication et mise sur le marché des dispositifs médicaux fabriqués sur le site de production des Laboratoires Anios à Sainghin en Mélan...

DÉCISIONS DE POLICE SANITAIRE - DÉCISIONS DE POLICE SANITAIRE - DM & DMDIV

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 15/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Aniosyme DD1 - Laboratoires Anios

Information actualisée le 06/12/2019

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - Laboratoires Anios

L'ANSM a été informée par les Laboratoires Anios de la présence de bactéries dans plusieurs lots des désinfectants Surfa'safe premium et ses déclinaisons, ainsi qu'Opaster Anios.

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel



Produits désinfectants utilisés dans le secteur médical