

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/06/2022

## Diffuseur portable non réutilisable – Kit Dosi-Fuser + seringue 50ml – Leventon S.A.U

**Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2212788.**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Leventon S.A.U.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Leventon S.A.U



Cette action de sécurité fait suite à la FSN R2205713/R2205638/R2209382 datée du 01/04/2022 diffusée par BD, signalant un défaut susceptible d'apparaître sur la seringue de 50 ml BD Plastipak.

---

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/05/2022 - MIS À JOUR LE 13/06/2022

### Seringue - Seringue BD Plastipak Luer-Lok 50 ml, Becton Dickinson

Annule et remplace l'information de sécurité R2205713/R2205638/R2209382 datée du 01/04/2022 publiée le 07/04/2022

---